



单一来源采购专家论证意见表

使用单位	吉林大学第一医院		
项目名称	术中支架系统		
预算金额	13500		
供应商	北京京瑞康安医疗科技有限公司		
生产厂商名称及地址	上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司/上海市浦东新区叠桥路128号4幢第一层A区, 第二层B区和C区, 第3层及第4层; 上海市浦东新区康新公路3399弄1号(增)芙蓉花路388号3号楼一层和三层、4号楼二层和三层		
是否必须与其他产品唯一配套使用	是, 与人工血管配套使用;		
项目背景及单一来源理由	A型夹层早期手术采用人工血管替换, 由于夹层导致真腔很小, 无法进入真腔, 手术难度极大, 时间很长, 在人工血管内衬入金属支架, 形成支撑型人工血管即术中支架系统, 很容易进入真腔, 简化了手术, 为抢救患者赢得了宝贵时间。 用于DeBakey I型及部分DeBakey III型胸主动脉夹层开胸手术的辅助器械, 为全国唯一一款用于外科手术(支架型象鼻术)治疗胸主弓部疾病的覆膜支架。		
专家论证意见	同意		
专家签字		工作单位	吉大一院
职称	主任医师	身份证号码	2201021973.5.043118
日期	2025.9.17	联系电话	15843030820

注: 如需要配套使用, 需要3名本院专家签字(职称需为副高及以上)

如非配套使用产品, 需要3名外院专家签字(职称无要求)


单一来源采购专家论证意见表

使用单位	吉林大学第一医院		
项目名称	术中支架系统		
预算金额	13500		
供应商	北京京瑞康安医疗科技有限公司		
生产厂商名称及地址	上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司/上海市浦东新区叠桥路128号4幢第一层A区, 第二层B区和C区, 第3层及第4层; 上海市浦东新区康新公路3399弄1号(增)芙蓉花路388号3号楼一层和三层、4号楼二层和三层		
是否必须与其他产品唯一配套使用	是, 与人工血管配套使用;		
项目背景及单一来源理由	A型夹层早期手术采用人工血管替换, 由于夹层导致真腔很小, 无法进入真腔, 手术难度极大, 时间很长, 在人工血管内衬入金属支架, 形成支撑型人工血管即术中支架系统, 很容易进入真腔, 简化了手术, 为抢救患者赢得了宝贵时间。 用于DeBakey I型及部分DeBakey III型胸主动脉夹层开胸手术的辅助器械, 为全国唯一一款用于外科手术(支架型象鼻术)治疗胸主动脉弓部疾病的覆膜支架。		
专家论证意见	同意		
专家签字		工作单位	吉大一院
职称	主任医师	身份证号码	220104196406201312
日期	2015.9.18	联系电话	15044016199

注: 如需要配套使用, 需要3名本院专家签字(职称需为副高及以上)

如非配套使用产品, 需要3名外院专家签字(职称无要求)

单一来源采购专家论证意见表

使用单位	吉林大学第一医院		
项目名称	术中支架系统		
预算金额	13500		
供应商	北京京瑞康安医疗科技有限公司		
生产厂商名称及地址	上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司/上海市浦东新区叠桥路128号4幢第一层A区, 第二层B区和C区, 第3层及第4层; 上海市浦东新区康新公路3399弄1号(增)芙蓉花路388号3号楼一层和三层、4号楼二层和三层		
是否必须与其他产品唯一配套使用	是, 与人工血管配套使用;		
项目背景及单一来源理由	A型夹层早期手术采用人工血管替换, 由于夹层导致真腔很小, 无法进入真腔, 手术难度极大, 时间很长, 在人工血管内衬入金属支架, 形成支撑型人工血管即术中支架系统, 很容易进入真腔, 简化了手术, 为抢救患者赢得了宝贵时间。 用于DeBakey I型及部分DeBakey III型胸主动脉夹层开胸手术的辅助器械, 为全国唯一一款用于外科手术(支架型象鼻术)治疗胸主弓部疾病的覆膜支架。		
专家论证意见	同意		
专家签字		工作单位	吉大一院
职称	副主任医师	身份证号码	220103197709282322
日期	2015.8.18	联系电话	13180805992

注: 如需要配套使用, 需要3名本院专家签字(职称需为副高及以上)

如非配套使用产品, 需要3名外院专家签字(职称无要求)